

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa endoskopów oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:

- * Upewnij się, że używasz endoskopu z zasilaniem elektrycznym zgodnie z instrukcją producenta.
- * Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających.
- * Chronić urządzenie przed wilgocią i wodą.

2. Ryzyko infekcji:

- * Zawsze dezynfekuj endoskop zgodnie z instrukcjami producenta przed i po każdym użyciu.
- * Używaj odpowiednich środków dezynfekujących i przestrzegaj czasu ekspozycji.
- * Upewnij się, że wszystkie akcesoria są sterylne lub odpowiednio zdezynfekowane.

3. Ryzyko uszkodzenia mechanicznego:

- * Delikatnie wprowadzaj i wycofuj endoskop, aby uniknąć uszkodzenia badanych powierzchni.
- * Nie używaj nadmiernej siły podczas manewrowania endoskopem.
- * Regularnie sprawdzaj stan techniczny endoskopu, a w przypadku zauważenia uszkodzeń zaprzestań używania.

4. Ryzyko związane z oświetleniem:

- * Nie kieruj światła endoskopu bezpośrednio na oczy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wzroku.
- * Używaj tylko oświetlenia o odpowiedniej intensywności.

5. Ryzyko termiczne:

- * Unikaj długotrwałego kontaktu końcówki endoskopu z delikatnymi materiałami, aby zapobiec przegrzaniu i potencjalnym uszkodzeniom.

6. Ryzyko chemiczne:

- * Podczas używania środków czyszczących i dezynfekujących postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.
- * Zapewnij odpowiednią wentylację podczas używania środków chemicznych.

7. Ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych:

- * Zachowaj ostrożność podczas używania endoskopu w pobliżu urządzeń elektronicznych, które mogą zakłócać jego działanie.

8. Ostrzeżenia dotyczące baterii (jeśli dotyczy):

- * Używaj tylko baterii zgodnych ze specyfikacją producenta.
- * Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur lub ognia.
- * Wymieniaj baterie zgodnie z instrukcją.

9. Ostrzeżenia dla dzieci:

- * Przechowuj endoskop poza zasięgiem dzieci.
- * Nie pozwalaj dzieciom na używanie endoskopu bez nadzoru osoby dorosłej.

10. Utylizacja:

- * Utylizuj endoskop i jego akcesoria zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i medycznych.